

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan mikroskopis BTA memiliki hasil yang berbeda dengan GenExpert dengan tingkat akurasi sebesar 96,13%.
2. Pemeriksaan TB-LAMP memiliki hasil yang berbeda dengan GenExpert dengan tingkat akurasi sebesar 99,52%.
3. Metode TB-LAMP lebih unggul dalam diagnosis TB daripada metode mikroskopis BTA.

B. Saran

1. Adanya penelitian lanjut untuk mengetahui sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan metode TB-LAMP dalam pemantauan pengobatan pasien TB.

