

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian terhadap sampel darah donor periode Juli 2023 sebanyak 88 sampel, menunjukkan non reaktif sebanyak 87 sampel (99%) dan reaktif 1 sampel (1%) dengan uji CHLIA, sedangkan dengan uji NAT non reaktif 87 sampel (99%) dan reaktif 1 sampel (1%).
2. Tidak terdapat hubungan antara pemeriksaan CHLIA dan NAT. Pemeriksaan virus Hepatitis B pada darah donor dapat menggunakan metode CHLIA ataupun NAT.

B. Saran

Untuk meningkatkan keamanan darah setiap kantong darah perlu dilakukan pemeriksaan CHLIA atau NAT, dan perlu pengujian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih besar, serta penambahan variabel seperti status donasi, usia, dan jenis kelamin.